



بیمارستان شهید آیت اله دستغیب

دستگاه پالس اکسی متری

شماره سند: TH-SO-CH-24-01

تاریخ تکمیل:

نام بخش:

عنوان	بلی	خیر	ملاحظات
۱-پرستار قبل از شروع کار دستها را شستشو می دهد؟			
۲-آیا دستگاه از نظر وضعیت ظاهری (شکستگی) سالم و تمیز می باشد؟			
۳-از مارک دستگاه آگاهی دارد؟			
۴-قبل از وصل دستگاه به بیمار توضیحات لازم به بیمار یا همراه بیمار می دهد؟			
۵-نحوه روشن کردن دستگاه را می داند(فشردن دکمه power به مدت 1 sec)؟			
۶-محل مناسب جهت استفاده از گیرنده حساس را می داند(لاله گوش- انگشتان پا- نوک بینی)؟			
۷-از عدم وجود لاک یا ماده یگری روی ناخن اطمینان حاصل می نماید؟			
۸-پروپ سایز مناسب سن را در محل مناسب قرار می دهد؟			
۹-آیا دست بیمار را در سطح قلب قرار می دهد؟			
۱۰-آیا نحوه تنظیم alarm دستگاه را جهت محدوده نرمال میزان HR و SO2 می داند؟			
۱۱-اندام متصل به پروپ را از نظر نشانه های التهاب یا فشار بررسی می کند؟			
۱۲-آیا از نحوه خاموش کردن زنگ alarm آگاهی دارد؟ (فشردن دکمه alarm)			

نام و امضاء ارزیابی شونده

نام و امضاء ارزیابی کننده

آخرین بازنگری: بهار ۱۴۰۱

